



Директору
ЗАО «ВЗЛЕТ»

Отзыв о расходомере «ВЗЛЕТ ППД»

В течении 2007 года на объектах ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» проводились полевые испытания электромагнитного расходомера «Взлёт ППД». Объект испытаний: БКНС – 15 и БКНС-13 на пластовой воде на воде с агрессивными примесями .

Сличение проводилось специалистами ТПУ «Севернефтеавтоматика» с помощью переносного расходомера фирмы Ramatronic RT 868. За период испытаний расходомер показал стабильную работу и подтвердил паспортные и метрологические характеристики.

По результатам работ можно сделать вывод о целесообразности применения расходомера «Взлёт ППД» в системах поддержания пластового давления.

Начальник отдела автоматизации
и метрологии

Б. Е. Лихачев