

Директору
ТД ЗАО «НПФ Теплоком»
Г.О.Прокофьеву

Начальнику управления
территориальных
органов и региональных программ
Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии
Ю.О.Мелькову

Заместителю генерального
директора по метрологии
ФГУ "Тест - С.-Петербург"
А.И.Рагулину

Заместителю генерального
директора по метрологии
ФГУ "Тест - Татарстан"
Г.М.Аблатыпову

Уважаемый Глеб Олегович!

При проведении испытаний прибора типа ПРЭМ производства ЗАО «НПФ Теплоком» выявлена возможность изменения калибровочных параметров расходомера, без нарушения пломбы Государственного поверителя.

Прошу Вас принять меры по устранению данного недостатка.

До устранения выявленных недостатков ОАО «Казанская теплосетевая компания» вынуждена воздержаться от согласования применения расходомеров ПРЭМ на коммерческих узлах учета тепловой энергии потребителей.

Приложение:

1. Протокол испытаний расходомера ПРЭМ от 2.03.2011г. на 1 л. в 1 экз.;
2. Протокол испытаний расходомера ПРЭМ от 3.03.2011г. на 1 л. в 1 экз.;
3. Протоколы испытаний расходомера ПРЭМ от 4.03.2011г. на 2 л. в 1 экз.;

**Заместитель главного инженера –
главный метролог**

У.Б.Учаров



А.А.Салахов
567-75-44

КАЗАНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО