



Открытое акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ОАО "ТГК-2")
ИНН/КПП 7606053224/997450001

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЭЦ-3 ГУ ОАО "ТГК-2" по Ярославской области
ул. Гагарина, 76, г. Ярославль, 150023
Тел.: (4852) 49-11-02, факс: 44-45-51
E-mail: tec3@yarene.elektra.ru

25.08.09 № 1103-11-04/1401
На № _____ от _____

«О результатах эксплуатации ультразвуковых расходомеров.»

В период июнь- октябрь 2003 года на Ярославской ТЭЦ-3 силами специалистов ЗАО НПФ «ЯрАналитПрибор» были смонтированы два узла учета тепловой энергии на прямой и обратной тепловых магистралях Ду 1000.

Узел учета выполнен с использованием ультразвукового расходомера «Взлет МР» (УРСВ-020) с сварными измерительными участками.

За период опытной эксплуатации в отопительный сезон 2003-2004 года показания смонтированных приборов «Взлет МР» сравнивались с показаниями дублирующих расходомеров на базе сужающих устройств, установленных на тех же магистралях и показали хорошую сходимость показаний. После этого узлы учета на базе сужающих устройств были демонтированы, а учет стал выполняться с использованием приборов «Взлет МР». За все последующие годы эксплуатации данных узлов учета замечаний по их работе не было.

В последующие годы на ТЭЦ-3 установлен аналогичный расходомер, используемый для учета замазученных стоков.

Указанные приборы показали высокую степень надежности и точности измерений.

И.о. технического директора ТЭЦ-3

А.Н. Явин

А.Н. Осипов
(4852) 49-11-09

