Акт-отчет о проведении испытаний

В период с декабря 2023г. по май 2023г. проведены опытно-промышленные испытания расходомера-счетчика электромагнитного «Взлет ТЭР» Ду 100 зав. №2302383. Оборудование было установлено в цеху экстракционной фосфорной кислоты на трубопроводе абсорбционной жидкости ВВУ-3, DN 108х4мм из ЭИ943., режим работы круглосуточный, питание 24В постоянного тока.

Целью проведения опытно-промышленных испытаний является возможность применения оборудования на объектах Заказчика.

Результаты эксплуатации

В процессе опытно-промышленных испытаний подтверждены функциональные и технические характеристики расходомера-счетчика электромагнитного «Взлет ТЭР» заявленные Производителем. Комплект поставки соответствует необходимым требованиям для монтажа прибора на объекте.

Расходомер-счетчик обеспечивает стабильные измерения в различных технологических режимах.

Замечания, выявленные в процессе эксплуатации

Замечаний в процессе опытно-промышленных испытаний не выявлено.

Выводы

С учетом вышеизложенного считаем возможным рекомендовать расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ТЭР» для применения на объектах Филиала «ВМУ» АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Воскресенске. Приложение 1 (обязательное) Скриншоты трендов за период.

Приложение 2 фото монтажа.

Ответственные за проведение опытно-промышленных испытаний:

подпись	ФИО	организация/должность
	Макаров Владислав Александрович	зам. нач. цеха ремонта КИПиА.

«06» июня 2024 г.

подпись	ФИО	организация/должность
	А.Н. Чулаев	главный метролог

«06» июня. 2024 г.