

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 95711-25

Срок действия утверждения типа до 19 июня 2030 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Расходомеры кориолисовые AFLOWT CM

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Взлет» (АО «Взлет»), г. Санкт-Петербург;
«Q&T Instrument Co., Ltd», КНР

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Акционерное общество «Взлет» (АО «Взлет»), г. Санкт-Петербург

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
РТ-МП-268-208-2025

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года - при измерении расхода газа;
5 лет - при измерении расхода жидкости;
1 год - при измерении плотности жидкости

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 июня 2025 г. N 1228.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B1801563EA497F787EAF40A91BA8D6F
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 19.05.2025 до 12.08.2026

Е.Р.Лазаренко

«19» августа 2025 г.