



Исх. № 0424-02 от 01.04.2024 г.

АО «Взлет»

Кому:

Генеральному директору
Парфенову В.Н.

Тема: О завершении ОПИ

Уважаемый Валерий Николаевич,

Настоящим сообщая, что в период с 24.11.2023 по 07.12.2023 были проведены опытно-промышленные испытания (далее по тексту ОПИ) расходомера - счетчика электромагнитного «ВЗЛЕТ ЭМ» модификации ПРОФИ-221ИМ зав. № 2301559 в соответствии с ранее утвержденной программой и методикой испытаний. Испытуемый расходомер, предназначенный для измерения расхода различных сред, в том числе пульпы, был установлен на трубопровод питания сепаратора ТИМАКС 3000 ОФ «Шахта №12» ООО «Технология и механика». С помощью интерфейса RS485 ModBus RTU расходомер был подключен к АСУ ТП ООО «Технология и механика». Сложностей при проведении монтажных и пуско-наладочных работ не возникло.

Целью ОПИ являлась оценка возможности использования расходомера для измерения расхода пульпы (вода с угольным шламом 40%) в реальных условиях эксплуатации объектов ООО «Технология и механика». За время проведения испытаний замечаний к работе прибора не выявлено. Проведение ОПИ считаем положительным.

Таким образом, расходомер - счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭМ» модификации ПРОФИ-221ИМ зав. № 2301559 подтвердил свои эксплуатационные характеристики. Поэтому расходомеры - счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭМ» модификации ПРОФИ-221ИМ рекомендуются для применения на объектах ООО «Технология и механика» для измерения расхода пульпы (вода с угольным шламом 40%).

**Директор ООО «Технология и Механика»
В.А. Титов**



Исполнитель:

Инженер технолог
Сергей Семенюк
+7 923 612 8233