



Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии РФ  
РОССТАНДАРТ



Государственный региональный  
центр стандартизации, метрологии  
и испытаний - Ростест-Москва

VIII Специализированная выставка-конкурс  
средств измерений, испытательного  
и лабораторного оборудования



Всероссийская выставочно-конкурсная программа «За единство измерений»

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о присвоении Знака качества  
средств измерений



Средство измерений

*Установки поверочные «ВЗЛЕТ ПУ»  
производства  
ЗАО «ВЗЛЕТ», г. Санкт Петербург*

аттестовано на Знак качества  
по результатам экспертной оценки  
функциональных и метрологических характеристик,  
приведенных в приложении к настоящему Свидетельству

Председатель Конкурсной комиссии,  
Генеральный директор ФБУ «Ростест-Москва»:



В.Н. Бас

Реестровый №: 29-063  
Реестр на сайте: [www.rostest.ru](http://www.rostest.ru)

Дата выдачи: 25 мая 2012 г.  
Действительно до 24 мая 2014 г.

РОСТЕСТ  МОСКВА

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о присвоении Знака качества  
средств измерений



Средство измерений

Установки поверочные «ВЗЛЕТ ПУ»  
производства

ЗАО «ВЗЛЕТ», г. Санкт Петербург  
аттестовано на Знак качества  
средств измерений

на основании экспертной оценки следующих функциональных и  
метрологических характеристик:

- Воспроизводимый расход от 0 до 5000 м<sup>3</sup>/ч
- Пределы допускаемой относительной погрешности из ряда  
±0,05%, ±0,1%, ±0,15%, ±0,3%, ±0,5%, 1,0%
- Воспроизведение требуемого расхода жидкости
- Автоматизированная обработка результатов измерений
- Измерение температуры рабочей жидкости
- Самотестирование в процессе работы

Руководитель Экспертной комиссии,  
Заместитель Генерального директора  
ФБУ «Ростест-Москва»



А.С. Евдокимов

Эксперт

Н.В. Салунин

**РОСТЕСТ**  **МОСКВА**