

**ООО «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО И РУДНИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
(ООО «НАНИО ЦСВЭ»)
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО И РУДНИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ОС ЦСВЭ)
Аттестат аккредитации № RA.RU.11AA87**

Решение № ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00470/20-1 от 28.06.2023

(номер сертификата соответствия-порядковый номер решения)

**о соответствии (несоответствии) продукции с внесенными изменениями
требованиям, установленным ТР ТС 012/2011**

*Составлено согласно требованиям, установленным пунктом 7 статьи 6 ТР ТС 012/2011
и разделом XVIII Решения Совета Евразийской комиссии № 44 от 18 апреля 2018 года*

Орган по сертификации ОС ЦСВЭ, рассмотрев письмо-уведомление вх. № 9/2 от 17.04.2023 / исх. №Вз/Исх-109-1/23 от 17.04.2023, представленное заявителем

Акционерное общество «Взлет» (АО «ВЗЛЕТ»)

(полное наименование организации заявителя)

Россия, 198095, Санкт-Петербург, улица Трефолева, дом 2, литера БМ.

(адрес места нахождения юридического лица и адрес(а) мест(а) осуществления деятельности)

о внесении в конструкцию (состав) и (или) технологию производства и (или) техническую документацию, подтверждающую соответствие продукции (оборудования и (или) Ех-компонента)

Уровнемер радарный «ВЗЛЕТ РУ-Ех», взрывозащищенное исполнение с Ех-маркировкой 1Ex db [ib] IIC T6...T2 Gb X

(наименование, обозначение типа и, при необходимости, другие идентификационные признаки продукции)

требованиям ТР ТС 012/2011, изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности указанной выше продукции, на которую ОС ЦСВЭ выдан сертификат соответствия

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00470/20

(номер сертификата соответствия)

и представленные заявителем в ОС ЦСВЭ совместно с письмом-уведомлением описание изменений, техническую и/или эксплуатационную документацию с внесенными изменениями, перечень которой указан в таблице 1,

Таблица 1. Перечень технической документации

Обозначение и наименование документа	Дата
Извещение об изменении В.044-23 и ШКСД.032-23	14.04.2023
Инструкция по монтажу ШКСД.407624.001-60 ИМ	14.04.2023
Руководство по эксплуатации ШКСД.407624.001-60 РЭ	14.04.2023
Извещение об изменении ШКСД.032-23	05.04.2023
Технические условия ШКСД.407624.001 ТУ1	14.04.2023
Мембрана ШКСД.711111.014	05.04.2023
Шильд ШКСД.754342.084	14.04.2023
Монтажный чертеж ШКСД.407624.002-60 МЧ	05.04.2023
Спецификация ШКСД.407624.002-60	05.04.2023
Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00470/20	18.08.2020

идентифицировал наличие следующих изменений в конструкции (составе) продукции, на которую выдан указанный выше сертификат соответствия продукции, или технологии ее производства (изготовления), которые могут повлиять на соответствие этой продукции требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 012/2011:

1) В спецификации добавлен комплект монтажных частей с разделительной перегородкой из фторопласта зоны 0 и зоны 1 (Спецификация ШКСД.407624.002-60).

2) В монтажном чертеже добавлены варианты установки прибора с разделительной перегородкой из фторопласта и крепеж (чертёж ШКСД.407624.002-60 МЧ).

3) В Инструкции по монтажу ШКСД.407624.001-60 ИМ добавлен раздел 5.5 с описанием варианта установки на емкости с успокоительными трубами; дополнен пункт 4.1.3.5 о разделении зон.

4) В Инструкции по монтажу ШКСД.407624.001-60 ИМ изменилась нумерация рисунков с 17 по 32 страницу.

5) В Руководстве по эксплуатации ШКСД.407624.001-60 РЭ Приложении А дан внешний вид уровнемера с вариантом установки прибора с комплектом монтажных частей в составе с разделительной фторопластовой перегородкой.

6) В технической и эксплуатационной документации добавлено исполнение прибора для установки на границе применения разных уровней взрывозащиты. Дополнительно применяется Ex-маркировка 0/1Ex db [ib] IIC T6...T2 Ga/Gb X или 0/1Ex db IIC T6...T2 Ga/Gb X (для исполнения прибора только с видом взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка «d»).

7) В технической и эксплуатационной документации введено использование прибора в пылевой среде. Дополнительно применяется Ex-маркировка Ex tb [ib] IIC T80°C ...T230°C X или Ex tb IIC T80°C ...230°C X.

8) В технической и эксплуатационной документации введено исполнение прибора только с видом взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка «d». Дополнительно применяется Ex-маркировка 1Ex db IIC T6...T2 Gb.

9) В технической и эксплуатационной документации добавлена информация о возможном применении сертифицированных Ex кабельных вводов с различными типами присоединения (металлорукав, бронированный кабель и т.п.) без указания конкретного производителя.

(перечень внесенных изменения)

и установил необходимость проведения исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции, а также отсутствие необходимости анализа состояния производства продукции.

Согласно установленному пунктом 7 статьи 6 ТР ТС 012/2011 и разделом XVIII Решения Совета Евразийской комиссии № 44 от 18 апреля 2018 года и на основании положительных результатов, полученных при выполнении следующих работ:

- 1) Экспертиза технической и эксплуатационной документации с внесенными изменениями (акт оценки конструкции оборудования, технической, эксплуатационной и другой документации, доказывающей соответствие оборудования (продукции, изделий) требованиям ТР ТС 012/2011, к решению по письму-уведомлению вх. № 9/2 от 17.04.2023 / исх. №Вз/Исх-109-1/23 от 17.04.2023,
- 2) Исследования (испытания) и измерения образцов (проб) соответствующей продукции (протокол испытаний № 131.2023-Т от 28.06.2023)

орган по сертификации ОС ЦСВЭ принимает решение о соответствии данной продукции, с учетом изменений, внесенных в ее конструкцию, и/или технологию изготовления, и/или техническую документацию, требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 012/2011 и подтвержденным при ее сертификации, в связи с чем уведомляет заявителя о наличии возможности выпуска в обращение содержащей указанные изменения продукции

Уровнемер радарный «ВЗЛЕТ РУ-Ех», взрывозащищенное исполнение с Ех-маркировкой
1Ex db [ib] IIC T6...T2 Gb X

(наименование, обозначение типа и, при необходимости, другие идентификационные признаки продукции)

на основании действующего сертификата соответствия

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00470/20

(номер сертификата соответствия)


и **сохраняет** действие указанного сертификата соответствия.

Данное решение является неотъемлемой частью сертификата

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00470/20

(номер сертификата соответствия)

Руководитель ОС ЦСВЭ


(подпись)

Залогин А.С.

(ФИО)

Эксперт 2


(подпись)

Придатко А.В.

(ФИО)



М.П.

Приложения:

1. Извещение об изменении В.044-23
2. Инструкция по монтажу ШКСД.407624.001-60 ИМ
3. Руководство по эксплуатации ШКСД.407624.001-60 РЭ
4. Монтажный чертеж ШКСД.407624.002-60 МЧ
5. Спецификация ШКСД.407624.002-60
6. Извещение об изменении ШКСД.032-23
7. Технические условия ШКСД.407624.001 ТУ1
8. Мембрана ШКСД.711111.014
9. Шильд ШКСД.754342.084
10. Акт оценки конструкции оборудования, технической, эксплуатационной и другой документации, доказывающей соответствие оборудования (продукции, изделий) требованиям ТР ТС 012/2011, к решению по письму-уведомлению вх. № 9/2 от 17.04.2023 / исх. №Вз/Исх-109-1/23 от 17.04.2023
11. Протокол испытаний № 131.2023-Т от 28.06.2023