

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 95691-25

Срок действия утверждения типа до **16 июня 2030 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Расходомеры вихревые AFLOWT VT

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Акционерное общество «Взлет» (АО «Взлет»), г. Санкт-Петербург;
«Q&T Instrument Co., Ltd», КНР**

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Акционерное общество «Взлет» (АО «Взлет»), г. Санкт-Петербург

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
РТ-МП-270-208-2025

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **4 года - для расходомеров, работающих на газе;**
5 лет - для расходомеров, работающих на жидкости

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **16 июня 2025 г. N 1180.**

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B1801563EA497F787EAF40A918A8D6F
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 19.05.2025 до 12.08.2026

Е.Р.Лазаренко

«19» августа 2025 г.