

№	ВНГ/ГИ- 433-и	Дата	09.10.2023	Генеральному директору АО "Взлет" г.Санкт- Петербург
на №		от		

Парфенову В.Н.

Отзыв по ОПИ счетчика

Уважаемый Валерий Николаевич!

Сообщаем Вам, что в ТПП «Волгограднефтегаз» в период с марта по октябрь 2023г. проведены ОПИ ультразвукового расходомера ВЗЛЕТ МР УРСВ 722 Ех №2201002, предназначенного для измерения расхода в системах поддержания пластового давления и утилизации подтоварной воды.

Расходомер с марта 2023г установлен на выходе технологической насосной №3 в ЦППН ТПП «Волгограднефтегаз» для учета сброса подтоварной воды.

В период испытаний показания расходомера ВЗЛЕТ МР сличались с электромагнитным расходомером ЭЛЕМЕР-РЭМ, установленным последовательно.

За время эксплуатации расходомер зарекомендовали себя, как надежный и безопасный в применении. Не было отмечено сбоя в работе или другого нарушения нормального функционирования прибора. Индикация расходомера обеспечивает информативность и позволяет проводить диагностику без его демонтажа.

Из преимуществ можно отметить:

- невосприимчивость ультразвуковых датчиков к парафиновым или токопроводящим отложениям и вибрациям;


- стабильная работа во всем диапазоне 0,85 — 84,9 м³/ч;
- цельнометаллическая полно проходная проточная часть (отсутствует тело обтекания);
- в стандартной комплектации степень защиты IP67 и взрывозащита 1Ex d(1b) IIC T6...T3 Gb X.

Недостатков не отмечено.

Заключение:

Рекомендуем ультразвуковой расходомер ВЗЛЕТ МР УРСВ 722 Ех производства АО «Взлет» для применения в системах автоматизации технологических процессов при строительстве новых или техническом перевооружении технологических объектов в ООО «РИТЭК».

Главный инженер



П.А. Долгих

Гончаров Олег Викторович
(0884455) 7307