



# ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о присвоении Знака качества  
средств измерений



Средство измерений

Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной «Взлет ПРЦ»  
производства

ЗАО «Взлет», г. Санкт-Петербург  
аттестовано на Знак качества  
средств измерений

на основании экспертной оценки следующих функциональных и  
метрологических характеристик:

- Диаметр условного прохода от 20 до 5000 мм
- Диапазон измеряемого среднего объемного расхода от 0,7 до 1500000 м<sup>3</sup>/ч
- Группа исполнения по ГОСТ Р 52931-2008: климатические условия СЗ, механические воздействия N2
- Пределы допускаемой относительной погрешности расходомеров при измерении среднего объемного расхода, объема жидкости составляют от  $\pm 3,0\%$  до  $\pm 1,5\%$  в зависимости от скорости потока измеряемой жидкости

Руководитель Экспертной комиссии,  
Заместитель Генерального директора  
ФБУ «Ростест-Москва»



А.С. Евдокимов

Эксперт

М.Ю. Родин

**РОСТЕСТ**



**МОСКВА**